



TERMO DE APROVAÇÃO E RECUSA DE AMOSTRA DE MATERIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 001/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

Através das análises dos produtos deixados à disposição pelas empresas que estão concorrendo ao Pregão Presencial n.º: 001/2021, após a etapa de lances, a Equipe Técnica que assina o presente termo, fez a devida análise de todos os itens para atender a demanda do Hospital de Clínicas de São Sebastião e concluiu por **RECUSAR** os itens abaixo relacionados:


LOTE	ITEM	COTA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA
35	1	EXCLUSIVA	RHODES	GELCO 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO POR FORA DA AGULHA COM AGULHA SILICONIZADA, BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL E PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER. CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. HIPOALERGÊNICO, COM FLEXIBILIDADE, PORÉM RESISTENTE QUE DESLIZE COM FACILIDADE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO NO TOCANTE À RESISTENCIA QUE GARANTA O DESLIZAMENTO COM FACILIDADE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.
47	1	EXCLUSIVA	RHODES	GELCO 24 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO POR FORA DA AGULHA COM AGULHA SILICONIZADA, BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL E PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO NO TOCANTE À RESISTENCIA QUE GARANTA O DESLIZAMENTO COM FACILIDADE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.



				CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES. HIPOALERGÊNICO, COM FLEXIBILIDADE PORÉM RESISTENTE QUE DESLIZE COM FACILIDADE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.	
70	1	EXCLUSIVA	RHODES	GELCO 18 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO POR FORA DA AGULHA COM AGULHA SILICONIZADA, BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL E PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER. CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. HIPOALERGÊNICO, COM FLEXIBILIDADE, PORÉM RESISTENTE QUE DESLIZE COM FACILIDADE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO NO TOCANTE À RESISTENCIA QUE GARANTA O DESLIZAMENTO COM FACILIDADE NO MOMENTO DA PUNÇÃO.

Sem mais, assinam este termo os responsáveis pelas análises técnicas dos materiais hospitalares.


São Sebastião, 25 de janeiro de 2021.


Isabela de Souza e Silva
RG: 34.738.749-4
Enfermeira UPA


José Ivan do Valle Moreno
RG: 35.633.261-5
Enfermeiro HCSS


Élda Paschoal Ferreira
COREN/SP 317.553
ENFERMEIRA

Élda Ferreira Alvarez
RG: 33.449.704-8
Enfermeira NEP


Letícia de Freitas Franzen
RG: 41.015.616-4
Enfermeira UTI